

**Zamówienie na: Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i opatrunków tradycyjnych i specjalistycznych do apteki szpitalnej z podziałem na zadania. ZZ-ZP-2375-BU-59/20**

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pytania i odpowiedź do zapytania jak w tytule:

1. **Zadanie 12** Czy Zamawiający dopuszcza rampę, której korpus wykonany jest z polimetylopentanu (odpornego na tłuszcze i chemioterapeutyki)?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
2. **Zadanie 12** Czy Zamawiający dopuszcza rampę o wytrzymałości na ciśnienie 2,5 ba, czyli 36 psi?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
3. **Zadanie 12** Czy Zamawiający dopuszcza rampy z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
4. **Zadanie 13** Proszę o dopuszczenie kaniuli: Kaniula bezpieczna do kaniulacji żył obwodowych, z **samodomykającym** się portem górnym, z przezroczystą komorą ułatwiającą obserwację napływu krwi z filtrem hydrofobowym, rozmiary kodowane kolorystycznie. Kaniula widoczna w promieniach RTG, minimum 2 pasków radiocieniujących, wykonana z **FEPu**. Iгла cienkościenna, zapewniająca duży przepływ, o gładkiej powierzchni, ostrze trójplaszczynowe, umożliwiające łatwe wprowadzenie kaniuli przez skórę. Kaniula bezpieczna z igłą zaopatrzoną w automatyczny zatrask zabezpieczający przed zakłuciem. Elastyczne skrzydełka mocujące, koreczek luer, samodomykający się koreczek portu bocznego, pakowana pojedynczo w opakowanie nierozrywalne, sterylizowane tlenkiem etylenu. Rozmiary: 22 G – 0,9 x 25mm niebieski, 20 G – 1,1 x 32-33mm różowy, 18 G – 1,3 x 32-33mm zielony, 18 G – 1,3 x 45mm.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również szew jednowłóknowy niewchłaniały, poliamidowy o zmniejszonej hydrofilności pakowany na mokro?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 pozycja 1 dopuści również długość nitki 75cm, pozostałe parametry bez zmian?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
7. **Dot. formy złożenia oferty** Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty wraz z załącznikami w formacie PDF podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym?  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**
8. **Dot. Załącznik nr 4- wzór umowy §6 ust. 17** Zwracamy się z prośbą o wykreślenie §6 ust. 17 z treści umowy.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
9. **Dot. Załącznik nr 4- wzór umowy §6 ust. 17** W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się prośbą o modyfikację §6 ust. 17 poprzez usunięcie zapisu o naliczeniu kary umownej:  
*17. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego towaru w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu tego towaru u innego Dostawcy, zachowując prawo do kary umownej zgodnie z § 8 ust. 1 lit. a.*  
Naliczenie kary umownej za zwłokę w dostarczeniu zamówionych towarów po dokonaniu nabycia zastępczego powoduje w istocie podwójne karanie Wykonawcy za to samo przewinienie.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
10. **Dot. Załącznik nr 4- wzór umowy §6 ust. 18** Zwracamy się z prośbą o wykreślenie §6 ust. 18 z treści umowy.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
11. **Dot. Załącznik nr 4- wzór umowy §6 ust. 18**  
W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się prośbą o modyfikację §6 ust. 18 w sposób następujący: *18. W przypadku, gdy cena zakupionego towaru u innego dostawcy będzie wyższa niż wynikająca z cen podanych w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zwróci mu wynikającą z różnicy cen kwotę, w terminie 14 dni od daty wezwania.. Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego załącznik umowy.*  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
12. **Dot. Załącznik nr 4- wzór umowy §8 ust. 1 lit. a, b, c, d** Zwracamy się prośbą o modyfikację §8 ust. 1 w sposób następujący: *1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:*

a. **zwłokę** w dostarczeniu partii towaru w wysokości **0,2 %** wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**, jeśli **zwłoka** trwała nie dłużej niż 7 dni i **0,5 %** wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy następny dzień **zwłoki**, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż **5 zł**, to należna kara będzie wynosić **5 zł**. Jeżeli **zwłoka** będzie trwała dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez dodatkowego wezwania wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy i zastosowania kary wynikającej z zapisu lit. d niniejszego paragrafu,

b. za **zwłokę** w rozpatrzeniu reklamacji lub **zwłokę** w wymianie uszkodzonego lub niekompletnego towaru w wysokości **0,2%** od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**, jeśli **zwłoka** trwała nie dłużej niż 7 dni i **0,5%** wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień **zwłoki**, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż **5 zł**, to należna kara będzie wynosić **5 zł**,

c. za **zwłokę** w dostarczeniu dokumentu, o którym mowa § 6 ust. 20 - **10 zł** za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**, jeśli **zwłoka** trwała nie dłużej niż 7 dni i **20 zł** za każdy następny dzień **zwłoki**. Jeżeli **zwłoka** będzie trwała dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. d niniejszego paragrafu,

d. odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie (wypowiedzenie) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości **10 %** wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**

13. **Dot. Załącznik nr 4- wzór umowy §8 ust. 1 lit. a, b, c, d** W przypadku negatywnej odpowiedzi na poprzednie pytanie zwracamy się prośbą o modyfikację §8 ust. 1 w sposób następujący: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:

a. **zwłokę** w dostarczeniu partii towaru w wysokości **0,5 %** wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**, jeśli **zwłoka** trwała nie dłużej niż 7 dni i **1 %** wartości brutto niedostarczonej partii towaru za każdy następny dzień **zwłoki**, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł. Jeżeli **zwłoka** będzie trwała dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez dodatkowego wezwania wykonawcy do realizacji przedmiotu umowy i zastosowania kary wynikającej z zapisu lit. d niniejszego paragrafu,

b. za **zwłokę** w rozpatrzeniu reklamacji lub **zwłokę** w wymianie uszkodzonego lub niekompletnego towaru w wysokości **0,5%** od wartości brutto reklamowanego towaru za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**, jeśli **zwłoka** trwała nie dłużej niż 7 dni i **1 %** wartości brutto reklamowanego towaru za każdy następny dzień **zwłoki**, przy czym w przypadku, gdyby wysokość kary była niższa niż 10 zł, to należna kara będzie wynosić 10 zł,

c. za **zwłokę** w dostarczeniu dokumentu, o którym mowa § 6 ust. 20 - **30 zł** za każdy rozpoczęty dzień **zwłoki**, jeśli **zwłoka** trwała nie dłużej niż 7 dni i **50 zł** za każdy następny dzień **zwłoki**. Jeżeli **zwłoka** będzie trwała dłużej niż 30 dni, to Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy i zastosowania kary wynikającej z zapisu ust. d niniejszego paragrafu,

d. odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie (wypowiedzenie) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości **20 %** wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**

14. **Dot. Załącznik nr 4- wzór umowy §8 ust. 6 lit. a, b, c** Zwracamy się prośbą o modyfikację §8 ust. 1 w sposób następujący: 6. Zamawiający może w trybie natychmiastowym rozwiązać umowę, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

a. **trzykrotnego** opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę od ustalonego w § 6 ust. 1 terminu dostawy,

b. **trzykrotnego** dostarczenia przedmiotu umowy z wadami,

c. stwierdzenia przypadku dostarczenia przedmiotu umowy nieodpowiadającego wymogom określonym w SIWZ lub wystąpienia incydentu medycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**

15. **Zadanie nr 25:** czy Zamawiający może doprecyzować zapis cyt.: "... glukometr skalibrowany", ma na myśli wykonywanie przez Wykonawcę badań - pomiarów kontrolnych przy użyciu płynów kontrolnych na wszystkich trzech poziomach: niskim, normalnym i wysokim wraz z potwierdzeniem wykonania tego badania dla każdego glukometru na jednym dokumencie czy też każdy glukometr ma posiadać własny dokument ?

**Odpowiedź: tak, każdy glukometr ma posiadać własny dokument.**

16. **Zadanie nr 25:** Czy Zamawiający wymaga aby w przypadku uszkodzenia glukometru i wymiany na nowe urządzenie, ten nowy glukometr także posiadał swój dokument potwierdzający przeprowadzone badanie kontrolne ?

**Odpowiedź: tak, w przypadku uszkodzenia glukometru i wymiany na nowe urządzenie, nowy glukometr ma posiadać swój dokument potwierdzający przeprowadzone badanie kontrolne**

17. **Zadanie nr 25:** Czy Zamawiający oczekuje aby glukometr posiadał możliwość dopelnienia brakującej próbki krwi na pasek ?

**Odpowiedź: tak, oczekujemy aby glukometr posiadał możliwość dopelnienia brakującej próbki krwi na pasek**

18. **Zadanie nr 25:** Czy Zamawiający oczekuje przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego z obsługi oferowanego systemu do pomiaru poziomu glukozy we krwi ?

**Odpowiedź: tak, oczekujemy przeprowadzenia szkoleń dla personelu medycznego z obsługi oferowanego systemu do pomiaru glukozy we krwi.**

19. **Zadanie nr 6, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści łyżkę posiadającą światłowód w całości nieosłonięty, wtopiony w zieloną podstawę łyżki, opakowanie jednostkowe z nacięciem ułatwiającym otwieranie, a termin ważności łyżki wynosi 3 lata, przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**

20. **Zadanie nr 6, pozycja 2** Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z osobno pakowaną rękojeścią i osobno pakowaną łyżką, opakowanie jednostkowe z nacięciem ułatwiającym otwieranie, przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**

21. **Zadanie nr 8, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową wykonaną z PCV, rozmiar kodowany numerycznie, spełniająca pozostałe zapisy SIWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**

22. **Zadanie nr 16, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci o wydajności nawilżania 24 mg/l przy Vt 500 ml, o masie 9 g i portem do podawania tlenu bez zatyczki przy pozostałych parametrach bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**

23. **Zadanie nr 17, pozycja 1** Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

24. **Zadanie 8 Poz. 1** Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski krtaniowe - tak jak obecnie stosowane - powinny być wykonane z silikonu oraz powinny posiadać zintegrowany element monitorujący ciśnienie w mankiecie, zapewniający ciągłą i szybką informację wizualną o wartości ciśnienia w masce, a tym samym umożliwiającą szybką reakcję w wypadku zmian ciśnienia zagrażającego pacjentowi, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

25. **Zadanie 12 Poz. 1** Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne rampy 5-drożne typu Luer-Lock, europejskiego lidera w ich produkcji - firmy B/Braun /Niemcy/ - przystosowane do przetaczania lipidów i chemioterapeutyków, bezlateksowe, wykonane z poliamidu t.j. materiału w 100% odpornego na pęknięcie, posiadających podwójne zabezpieczenie pozycji zamknięty-otwarty (wyczuwalny oraz optyczny), gwarantujące maksimum bezpieczeństwa użytkownika. Wszystkie wejścia fabrycznie zabezpieczone koreczkami.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**

26. **Zadanie 12 Poz. 1** Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz, odnoszący się do fabrycznego zabezpieczenia ramp koreczkami, oznacza zabezpieczenie wszystkich wyjść kranikowych żeńskich luer, koreczkami luer-lock z trzpieniem wewnętrznym położonym poniżej własnej krawędzi, co podwyższa stopień aseptycznego i w pełni bezpiecznego użytkowania oferowanych ramp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

27. **Zadanie 13 Poz. 1** Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule bezpieczne, europejskiego lidera w ich produkcji - firmy B/Braun /Niemcy/ - posiadające 4, równomiernie rozłożone na obwodzie wyraźnie widoczne w RTG /w każdych warunkach klinicznych/ paski kontrastujące oraz samodomykalny port bocznym z zatraskowym korkiem /znacznie bezpieczniejszym z punktu widzenia aseptycznego użytkowania portu kaniuli/, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**

28. **Zadanie 13 Poz. 1** Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule bezpieczne, jako wyroby inwazyjne klasy IIA, sterylne, implantowane pacjentowi na dłuższy okres czasu, powinny posiadać jakiegokolwiek oznaczenie na samym wyrobie, po wypakowaniu z opakowania jednostkowego i użyciu klinicznym (np. logo producenta, nazwa kaniuli, nr serii, nr katalogowy itp.), pozwalające na ich identyfikację w przypadku wystąpienia powikłań związanych z procedurą kaniulacji oraz ewentualnym postępowaniem związanym z obowiązującymi procedurami zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**

29. **Zadanie 13 Poz. 1** Prosimy o doprecyzowanie, czy w związku z powyższym, wymagane oznaczenie powinno znajdować się na elemencie powodującym naruszenie ciągłości tkanek lub mającym bezpośredni kontakt z naczyniem żylnym, jako elementach inwazyjnych ?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
30. **Zadanie 13 Poz. 1** Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule bezpieczne - ze względu na wymaganą aseptykę ich użytkowania - powinny posiadać ujście kaniuli, zabezpieczone koreczkiem luer-lock z trzpieniem zamykającym światło kaniuli, położonym poniżej własnej krawędzi.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
31. **Zadanie 13 Poz. 1** Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „rozmiary kodowane kolorystycznie” oznacza wymóg kolorystycznego, zgodnego z ISO oznaczeniem minimum skrzydełek oraz korka portu bocznego oferowanych kaniul, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.  
**Odpowiedź: POTWIERDZAMY**
32. **Zadanie 16 Poz. 1** Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane wymienniki ciepła i wilgoci - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać objętość wewnętrzną nie większą niż 16ml oraz nie muszą posiadać koreczka do zabezpieczenia portu do podawania tlenu, przy zachowaniu wszelkich pozostałych wymogów siwz - tak jak np. oryginalne wymienniki Tracheolife II, lidera w ich produkcji firmy Medtronic/Covidien.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
33. **Zadanie 17 Poz. 1** Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne filtry antybakteryjno-wirusowe dla dorosłych, z elektrostatyczną warstwą filtrującą i portem kapno - o nazwie handlowej Barrierbac S - światowego lidera w produkcji tego typu filtrów - firmy Medtronic/Covidien, ale o objętości martwej 36ml, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej min. 99,99%, oraz wadze 19g.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**
34. **Zadanie 17 Poz. 1** Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry obok skuteczności filtracji określonej w siwz jako min. 99,99%, powinny charakteryzować się także skutecznością filtracji wobec NaCl na poziomie min. 97% oraz zakresem objętości oddechowej od 150 do 1200ml, co zapewnia ich bezpieczne i uniwersalne wykorzystanie do wielu procedur.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
35. **Zadanie 22 Poz. 1-2** Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya, pakowane podwójnie w wewnętrzne i zewnętrzne opakowanie foliowe, zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2020-06 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
36. **Zadanie 22 Poz. 1-2** Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, powinny posiadać możliwość obsługi strzykawkami luer i luer-lock, co zabezpiecza skuteczną i szybką stabilizację cewnika w każdych warunkach klinicznych.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
37. **Zadanie 22 Poz. 1-2** Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya, ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz niepożądane, karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
38. **Zadanie 14** prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości o żywotności min. 360 użyć  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**
39. **Zadanie 14** prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga aby wejście donaczyniowe zabezpieczone było protektorem co umożliwi bezpieczną aplikację zaworu, bez ryzyka skażenia.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**
40. **Zadanie 17** prosimy zamawiającego o dopuszczenie filtra elektroststycznego o wadze 16 g jak obecnie stosowany. Reszta zgodnie z SIWZ  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**
41. **Zadanie 23** prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania cewników do odsysania wykonanych z medycznego PCV  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**
42. **zadanie 23** prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania cewników do odsysania długości dla rozmiarów CH10 490 mm, Ch 12-CH18 560 mm  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy Zapytania bez zmian.**

**ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, IŻ W ZWIĄZKU Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZMIENIA  
TERMIN SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 11.01.2021 GODZ. 11.00**