

Wrocław, 31.12.2020

**Zamówienie na: Sukcesywne dostawy wyrobów medycznych i opatrunków tradycyjnych i specjalistycznych do apteki szpitalnej z podziałem na zadania. ZZ-ZP-2375-BU-59/20**

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pytania i odpowiedź do zapytania jak w tytule:

**Pytanie 1. Dotyczy pakietu 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci „sztuczny nos” dla pacjentów z tracheostomią o masie 8,4g z zachowaniem pozostałych parametrów.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

**Pytanie 2 Dotyczy pakietu 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie elektrostatycznych filtrów bakteryjno – wirusowych dla dorosłych. Filtry sterylne o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999%, skuteczności filtracji wirusowej >99,999%; przestrzeni martwej 33ml, masie 21g, z portem kapno z koreczkiem zabezpieczającym.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**

**Pytania 3 Dotyczy § 8** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie następującego zapisu do umowy: „Zamawiający przez odstąpieniem od umowy pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**Pytanie 4 Dotyczy § 8 ust. 1 pkt d** Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych do 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy bez zmian.**

**Pytanie 5 Dotyczy cz. V pkt 1 zapytania ofertowego** Czy Zamawiający zamiast skanu podpisanej oferty dopuści złożenie oferty w postaci elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza proponowane rozwiązanie obok istniejących zapisów.**